

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К КОАГУЛОМЕТРУ TS1000

	Параметр	Требование технического задания	Соотв. Требованию (да/нет)	Примечание
1	Общая характеристика			
	Коагулометр полуавтоматический	1 шт.		
2	Общие требования			
	Количество каналов для регистрации сгустка	1		
	Материал для исследования	Цитратная плазма крови /цельная кровь		
	Открытая система	Да		
	Принцип детекции сгустка	Механический		
	Минимальный объём реакционной смеси в кювете для измерения	0,15мл		
	Старт измерения времени коагуляции	Автоматический /мануальный		
	Температура термоблока	37С		
	Число гнезд инкубационного блока для образцов	8		
	Число гнезд инкубационного блока для реагентов	5		
	Устройство для перемешивания	Шарик		
	Принтер	Наличие		
	Хранение калибровочных кривых	Наличие		
	Разъём для стартовых пипеток	Наличие		
	Связь с компьютером	Наличие		
	Размеры	360x230x145		
	Вес	До 3 кг		
3	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Инструкция на русском языке	Наличие		
	Техническая документация на русском языке			
	Регистрация в Минздраве Украины	Наличие		
4	Обучение медперсонала и гарантийные обязательства			

	Обучение медицинского персонала на рабочем месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему, включая все периферическое оборудование	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы фирмы производителя	Наличие		